

Pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca”

Pytanie: Czy wymagają Państwo pełnego dodatkowego osprzętu zapisanego w wymaganiach KSRG z 2013 (dodatkowa bateria, dodatkowa para elektrod, uchwyt ścienny)? Defibrylator pod względem technicznym musi oczywiście spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie. Proszę o informację jaki dodatkowy osprzęt (klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy) zamierzacie Państwo pozyskać w ramach tego zakupu.

Odpowiedź: W ramach zakupu wymagany jest: defibrylator kliniczny o stopniu ochrony IP 55 w skrzyni transportowej zwiększającej stopień ochrony do IP 67, wyposażony w klucz pediatryczny oraz zestaw szkoleniowy (elektrody i mata) lub defibrylator szkoleniowy tożsamy z oferowanym.

WÓJT
Jacek Rogoziński